

ПАСПОРТ

Наименование: пленка полиэтилентерефталатная для рентгенофлуоресцентного анализа 3 мкм.

Назначение: применяется в качестве окна измерительной кюветы для спектрометров и анализаторов серии СПЕКТРОСКАН или аналогичных приборов других производителей.

Технические характеристики:

Материал пленки: полиэтилентерефталат;

Толщина пленки: 3,0 мкм;

Ширина пленки: 60 мм;

Длина материала в рулоне: 100 м.

Срок годности: 5 лет.

Инструкция по применению

Общие указания, условия применения: пленку следует использовать в соответствии с руководством по эксплуатации спектрометра или анализатора и/или методиками (методами) измерений.

Условия хранения и транспортирования: транспортируют в упакованном виде любыми крытыми видами транспорта. Пленку хранят в упакованном виде при температуре от + 5°C до +30°C и относительной влажности воздуха не более 80 % в месте, защищённом от прямого воздействия солнечного света.

Комплект поставки: рулон пленки, упакованный в картонную коробку с этикеткой, паспорт.

Дата выпуска: 29.11.2022

Ответственный за выпуск:

Ведущий менеджер по качеству



Луцак М.Г.

Генеральный директор



Маловецкий В.А.